

## แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

## เรื่อง .....เทคนิคการถอดสาย UAC .....

ลำดับ	ขั้นตอน
	<p>จุดประสงค์ เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดขณะถอดสาย</p> <p>อุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set ทำแผล</li> <li>2. กรรไกร ตัดไหม</li> <li>3. ก๊อช sterile</li> <li>4. ถุงมือ sterile</li> <li>5. 70% Alcohol</li> <li>6. พลาสเตอร์</li> </ol> <p>เทคนิคการ off สาย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. clamp สาย UAC ไว้ประมาณ 1-2 ชม เทคนิคหาก on มาหลายวัน &gt;5 วันแนะนำ clamp ไว้นาน 2 ชม.</li> <li>2. เท 70% Alcohol / กรรไกรตัดไหมลงใน set ทำแผล</li> <li>3. ใส่ถุงมือ sterile ใช้ forcep คีบสำลี Alcohol paint บริเวณที่ต้องการถอดสาย</li> <li>4. ใช้กรรไกรตัดไหม ตัดบริเวณใหม่ที่เย็บติดโคนสะดือ โดยระวังไม่ให้โคนเนื้อติดโคนสะดือ หลังจากไหมหลุด ค่อยๆ เลื่อน สาย UAC ออก โดยใช้มือค่อยๆ จับบริเวณโคนไม่ให้ขยับไปมา มืออีกด้านใช้คีบ forceps เลื่อนปลายสายออก โดยเลื่อนทีละครั้ง ของ mark เดิม พักไว้และสังเกตแรงดันเลือดที่วิ่งตามสาย หากไม่มีค่อยๆ เลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งของเดิม ระหว่างทำหากสังเกตมีเลือดย้อนสายให้หยุดเลื่อน พักไว้ 15 นาทีจึงทำการเลื่อนตำแหน่ง</li> <li>5. ระหว่างทำการถอดสายควรอยู่กับทารกตลอด เพราะทารกอาจดิ้นทำให้สายเลื่อนออก ทำให้อาจมีเลือดออกได้</li> <li>6. หากสังเกตไม่มีแรงดันเลือดจึงค่อยๆ ถอดสายอีกครั้งจนหมด</li> <li>7. ระหว่างถอดควรนูนมวนเบามือและแน่ใจว่าไหมขาดออกจากโคนสะดือ ถ้าไม่เช่นนั้น ระหว่างเลื่อนหากมีไหมติดอยู่อาจดึงรั้งโคนสะดือ และทำให้เกิดการฉีกขาดมีเลือดออกได้</li> <li>7. หลังจากสายถอดออกหมด ควรปิดก๊อช pack หากยังมี bleed ซึม หากไม่ซึมควรปิดก๊อชทับไว้เพื่อสังเกตหากมีเลือดซึมจะได้มองเห็นและควรสังเกตบ่อยๆ</li> </ol>

ผู้บันทึก..... สุวิทย์ งามสำราญ ..... ตำแหน่ง..... พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน..... ศัลยกรรม ..... วันที่..... 14 ต.ค. 66

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ..... Dr. เสาว ..... วันที่..... 14 ต.ค. 66