แคนนูล่า

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การล้างสายออกซิเจน แคนนูล่า

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	นำสายยางมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาซัลไลท์ โดยเฉพาะบริเวณที่เสียบช่องจมูก	
	นำสายยางมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า	
2	เจ้าหน้าที่จ่ายกลางเตรียมน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไลท์ 0.05 %	
	นำสายยางมาแช่ในถัง 15-30 นาที	
3	นำสายยางมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าโดยนำมาต่อกับก๊อกน้ำเปิดให้น้ำไหลผ่านจนสะอาด	
4	ใช้หัวฉีดเป่าลมไล่น้ำข้างในสายยางให้แห้งแล้วนำสายยางมาเข้าตู้อบลมร้อนให้แห้งสนิท	
5	พันสายยางใส่ถุงร้อนขนาด 6*9 นิ้ว โดยใช้นิ้วนำใส่ในถุงก่อน เพื่อให้ใส่ง่ายขึ้น	
6	พับถุงแล้วติดด้วยพลาสเตอร์ใสในแนวนอน	
7	ใช้เมจิกเขียน ผลิต วันที่..... ไม่ต้องเขียนวันหมดอายุ	
	.	

ผู้บันทึก พิมพ์พาพร ศาสตร์ศรี **ตำแหน่ง** พนักงานบริการ

หน่วยงาน สถานสงเคราะห์ **วันที่** 21 ก.ย 66

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ.....ศิริรัตน์ ศศิพาน **วันที่** 29 ก.ย 66