แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง Cryosurgery. การจี้เย็น.

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	cryosurgery. : การจี้เย็น คือ การทำลายเซลล์เยื่อบุปากมดลูก	
	ที่มีความผิดปกติ	
	การเตรียมอุปกรณ์	
	1. เครื่องจี้ด้วยความเย็น 2. ถังแก๊สไนตรัสออกไซด์ หรือ	
	การบอนไดออกไซด์ 3. หัวจี้ สำหรับต่อเครื่องจี้.	
	4. ใช้อุปกรณ์ใน set colposcope ได้แก่ ถ้วยน้ำยา, speculum,	
	sponge holder 5. ห่อผ้าเล็ก 6. syring 10	
	การส่งเครื่องมือ.	
	1. เพ้นท์ Povidine ช่องคลอด.	
	2. นำ speculum จุ่ม Povidine สอดใส่ช่องคลอด.	
	3. ส่ง sponge holder จุ่ม Povidine เพ้นท์ภายในช่องคลอด.	
	4. เลือกหัวจี้ ติดหัวจี้ต่อสายเครื่องจี้ ส่งหัวจี้ให้แพทย์ สอดใส่	
	หัวจี้ใส่ในช่องคลอดบริเวณตำแหน่งเซลล์เยื่อบุปากมดลูก.	
	5. แพทย์จี้ นาน 5 นาที พักเครื่อง 3 นาที จี้อีก 5 นาที	
	6. ถ้าหัวจี้ติดเยื่อบุปากมดลูก ใช้ syring 10 ml ดูด NSS	
	เพื่อละลายน้ำแข็ง	
	7. ดึงหัวจี้ออกจากช่องคลอด.	
	8. เก็บอุปกรณ์.	

ผู้บันทึก ทินสิทธ แสงตาวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน่วยงาน หลังผ่าตัด วันที่ 13 พ.ค 2567.

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ โชคดี วันที่ 13 พค 67